

Prot. n. 130/RG del 11.12.2023

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, DI CUI ALL'ART. 61 DEL D.LGS. 50/16 E SS.MM.II, ARTICOLATA IN DODICI LOTTI FUNZIONALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:

- Lotto 1: n. 5 SPETTROMETRI FTIR (CIG 9958497BB0);
- Lotto 2: n. 5 SPETTROMETRI UV-VIS (CIG 9958535B0C);
- Lotto 3: n. 10 GASCROMATOGRAFI FID (CIG 9958559ED9);
- Lotto 4: n. 3 TERMOGRAVIMETRIE (CIG 99585707EF);
- Lotto 5: n. 1 IRMS (CIG 99589945D5);
- Lotto 6: n. 2 SEQUENZIATORI PER LA GENETICA NGS (CIG 99592064C8);
- Lotto 7: n. 2 PCR (CIG 9959062DF0);
- Lotto 8: n. 2 GC-HRMS (CIG 9959098BA6);
- Lotto 9: n. 4 UHPLC (CIG 9959105170);
- Lotto 10: n. 1 CROMATOGRAFO IONICO (CIG 9959116A81);
- Lotto 11: n. 3 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE HRMS (CIG 9959181028);
- Lotto 12: n. 1 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE UHRMS (CIG 9959193A0C);

VERBALE N. 15

In data odierna 11.12.2023 alle ore 10.00, presso la sede di Via Carucci, si riunisce la Commissione per l'aggiudicazione della gara di affidamento per la fornitura in oggetto.

Sono presenti il Presidente dott. Fabrizio APRUZZESE, i membri dott. Sergio GIUFFRIDA e il dott. Giuseppe SAVO, collegato da remoto.

La sig.ra Teresa IOCLANO è presente quale segretario verbalizzante.

La Commissione procede ad aprire la *busta tecnica* del Lotto 10, per il quale risultano le offerte dei seguenti operatori:

1. METROHM ITALIANA SRL
2. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

Nell'esaminare la busta tecnica, la Commissione rileva quanto segue.

1. Per la società METROHM ITALIANA SRL non è chiaro:
 - 1.1. se il gruppo di continuità offerto riesca a garantire il mantenimento del sistema acceso per almeno 15 minuti;
 - 1.2. se lo strumento sia fornito delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore;
 - 1.3. se i software siano corredati dei certificati validazione;
 - 1.4. se i software sono forniti con licenza d'uso illimitata
 - 1.5. quali siano le modalità di consegna e installazione
 - 1.6. se viene fornito quanto necessario per l'analisi dei primi 180 campioni
2. per la società THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA non è chiaro se il gruppo di continuità offerto riesca a garantire il mantenimento del sistema acceso per almeno 15 minuti.

Quanto sopra rilevato viene inviato alla Stazione Appaltante per il tramite del RUP al fine di poter ricevere gli opportuni chiarimenti anche tramite l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, co.9 del D.lgs n.50/2016, ome modificato dal D.Lgs n.56/2017.

La seduta si chiude alle ore 16.00 e si rinviando i lavori alla seduta del 12 dicembre p.v. ore 10.00

Il Presidente
Fabrizio APRUZZESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

I Membri
Sergio GIUFFRIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Il Segretario
Teresa IOCLANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Giuseppe SAVO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

¹Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs 39/93 e ss.mm.ii.