

Prot. n. 136/RG del 09.01.2024

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, DI CUI ALL'ART. 61 DEL D.LGS. 50/16 E SS.MM.II, ARTICOLATA IN DODICI LOTTI FUNZIONALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:

- Lotto 1: n. 5 SPETTROMETRI FTIR (CIG 9958497BB0);
- Lotto 2: n. 5 SPETTROMETRI UV-VIS (CIG 9958535B0C);
- Lotto 3: n. 10 GASCROMATOGRAFI FID (CIG 9958559ED9);
- Lotto 4: n. 3 TERMOGRAVIMETRIE (CIG 99585707EF);
- Lotto 5: n. 1 IRMS (CIG 99589945D5);
- Lotto 6: n. 2 SEQUENZIATORI PER LA GENETICA NGS (CIG 99592064C8);
- Lotto 7: n. 2 PCR (CIG 9959062DF0);
- Lotto 8: n. 2 GC-HRMS (CIG 9959098BA6);
- Lotto 9: n. 4 UHPLC (CIG 9959105170);
- Lotto 10: n. 1 CROMATOGRAFO IONICO (CIG 9959116A81);
- Lotto 11: n. 3 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE HRMS (CIG 9959181028);
- Lotto 12: n. 1 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE UHRMS (CIG 9959193A0C);

VERBALE N. 19

In data odierna 09.01.2024 alle ore 10.00, presso la sede di Via Carucci, si riunisce la Commissione per l'aggiudicazione della gara di affidamento per la fornitura in oggetto.

Sono presenti il Presidente dott. Fabrizio APRUZZESE, i membri dott. Sergio GIUFFRIDA e il dott. Giuseppe SAVO.

La sig.ra Teresa IOCOLANO è presente quale segretario verbalizzante.

La Commissione, nell'esaminare la relazione tecnica della società SHIMADZU ITALIA SRL per il Lotto 2, rileva quanto segue:

- Non è chiara quale sia la velocità di scansione dello strumento offerto in quanto nella relazione tecnica nella parte riferita alle *caratteristiche minime* viene indicato 4000 nm/min

(pag.2), mentre nella parte relativa alle *caratteristiche migliorative* riporta maggiore di 4000 nm/min (pag.5);

- Non è chiaro se, relativamente alle *ulteriori opzioni migliorative*, le lampade menzionate sono da intendersi quale fornitura aggiuntiva rispetto a quanto già previsto come dotazione di base.

Quanto sopra rilevato viene inviato alla Stazione Appaltante per il tramite del RUP al fine di poter ricevere gli opportuni chiarimenti anche tramite l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, co.9 del D.lgs n.50/2016, ome modificato dal D.Lgs n.56/2017.

La seduta si chiude alle ore 16.00 e si rinviando i lavori alla seduta del 15 e 16 gennaio 2024 ore 10.00.

Il Presidente
Fabrizio APRUZZESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

I Membri
Sergio GIUFFRIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Il Segretario
Teresa IOCULANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

Giuseppe SAVO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa¹

¹Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs 39/93 e ss.mm.ii.