

SCHEDA REQUISITI MIGLIORATIVI

N.	Parametro/caratteristica	Valore dichiarato (SI o NO)
1	Sistema di illuminazione integrato nel forno colonne, abilitato fino a 450 °C	
2	Sistema di iniezione: estensione della temperatura max di esercizio fino a 450 °C	
3	Autocampionatore: cestello porta campioni con almeno 140 posizioni	
4	Autocampionatore abilitato all'utilizzo di siringhe da 50 µl e fornitura di N. 2 microsiringhe da associare al kit di consumabili accessorio	