

SCHEMA REQUISITI MIGLIORATIVI

N.	Parametro/caratteristica	Valore dichiarato (SI o NO)
1	Accuratezza di misura della densità migliore di 0,00001 g/cm ³	
2	Ripetibilità di lettura della densità migliore di 0,000002 g/cm ³	
3	Intervallo di misura indice di rifrazione comprendente per intero l'intervallo 1,30 ÷ 1,70	
4	Accuratezza di misura dell'indice di rifrazione migliore di $\pm 0,00002$	
5	Numero di fiale alloggiabili nell'autocampionatore superiore a 80 fiale	