



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA****Ufficio Acquisti e Contratti**

Prot.: 207142/RU

Roma, 9 aprile 2024

**AVVISO DI PREINFORMAZIONE**

**PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA' ASP TRAMITE PIATTAFORMA WWW.ACQUISTINRETEPA.IT, DI CUI ALL'ART. 72 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'ACQUISTO DI N. 6 LABORATORI CHIMICI MOBILI DOTATI DI APPARECCHIATURE TECNICO SCIENTIFICHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD € 2.049.000 (duemilioniquarantanovemila/00) IVA ESCLUSA - DI CUI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PARI A 0 (ZERO).**

**CIG: B13002CC4A****CUP: G45C23000190005****Codice NUTS: IT Italia****CPV Prevalente: 38432000-2 Apparecchi per analisi****CPV: 34100000-8 Veicoli a motore**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse dagli operatori economici del settore.

La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare un'offerta.

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Stazione Appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti - P.IVA 06409601009 - con sede in Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma.



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA****Ufficio Acquisti e Contratti**

## **SISTEMA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### ✓ **Sistema**

La presente procedura si svolgerà attraverso l'impiego del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle manifestazioni d'interesse, analisi delle manifestazioni stesse, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegato e consultabili sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Per poter presentare la manifestazione d'interesse e la relativa documentazione richiesta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

### ✓ **Modalità di reperimento della documentazione di gara**

La documentazione ufficiale sarà disponibile in formato elettronico al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/direzione-centrale-avvisi-bandi-soprasoglia>

### ✓ **Richieste di chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione "Comunicati" e sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/direzione-centrale-avvisi-bandi-soprasoglia>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### ✓ **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-

ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.]

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **INFORMAZIONI GENERALI OGGETTO DELL'APPALTO**

**La presente procedura ristretta è distinta in due fasi:**

- 1) fase di prequalificazione volta alla trasmissione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori economici qualificati e del settore;**
- 2) fase di invito agli operatori economici selezionati alla presentazione delle offerte.**

### **✓ Caratteristiche minime delle forniture:**

Le caratteristiche di seguito descritte rappresentano i requisiti minimi richiesti per la fornitura in argomento, cui l'operatore che intenda manifestare interesse dovrà conformarsi.

La fornitura comprende la consegna, l'installazione, la messa in servizio, la familiarizzazione all'uso del mezzo e di tutta la strumentazione installata, l'assistenza e la manutenzione preventiva e correttiva, e la garanzia full-risk per almeno 24 (ventiquattro) mesi.

I 6 mezzi mobili sono destinati alle sedi dei Laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di: Torino, Milano, Livorno, Cagliari, Catania e presso la sede dell'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

## **1 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA.**

Le caratteristiche minime della fornitura oggetto di gara rappresentano, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti a cui l'offerente deve conformare l'offerta. Il mancato rispetto anche di una soltanto delle caratteristiche tecniche e qualitative minime di seguito esplicitate comporta l'esclusione dell'offerta perché non soddisfacente i requisiti minimi tecnici.

### **1.1 Caratteristiche tecniche di ciascun veicolo**



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

1. Veicolo cabinato avente carrozzeria di colore bianco (su cui dovrà essere apposto la grafica o il wrap fornito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornito ad hoc prima della consegna del veicolo);

Massa a pieno carico (tara e portata) non superiore a 35 quintali (il veicolo deve essere guidabile con patente tipo "B");

Passo > 350 cm;

Motore diesel di cilindrata  $\geq 1.600$  cc e potenza  $\geq 100$  kW o di tipo ibrido (endotermico + elettrico) di potenza equivalente;

Emissioni conformi alle norme di legge antinquinamento in vigore a livello nazionale;

Peso massimo ammesso sull'asse anteriore >2000 kg;

Peso massimo ammesso sull'asse posteriore >2100 kg;

Sistema frenante servoassistito comprensivo di ABS e controllo di stabilità ESP;

Cabina guida con 3 posti;

Airbag conducente e passeggeri;

Sterzo servoassistito;

Chiusura centralizzata con telecomando;

Cristalli atermici ad azionamento elettrico;

Specchietti retrovisori elettrici con funzione di sbrinamento;

Fari fendinebbia anteriori e retronebbia;

Sistema di ausilio parcheggio posteriore con telecamera e sensori;

Radio navigatore interfacciabile con Android;

Climatizzatore cabina di guida;

Sospensioni rinforzate con possibilità di regolare la pressione;

Antifurto completo di doppia chiave con telecomando;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

Sensori di vicinanza posizionati ai vertici superiori della cellula camperizzata per assistere l'autista nella gestione dell'altezza del mezzo; oppure telecamera grandangolare posta sulla parte superiore della furgonatura, per assistere l'autista nella gestione dell'altezza del mezzo.

## 2. Cella di tipo “monoblocco”;

Altezza totale del veicolo < 310 cm con pianale ribassato;

Porta di accesso ad un battente, sulla fiancata destra, ancorabile alla cellula una volta aperta, con serratura di sicurezza e maniglione antipanico all'interno;

Finestra con apertura a compasso e tendina parasole con dimensioni minime 60x40 cm;

Tenda parapioggia/parasole avvolgibile inclinata da installare sopra la porta sulla fiancata di lunghezza totale minima di 2 metri, sufficiente a coprire tutta la lunghezza della scaletta e proteggere i vani dagli agenti atmosferici.

## 3. Dotazione a corredo del veicolo:

- estintore da 5 Kg a polvere, posizionato nella cabina guida;
- estintore da 5 Kg a CO<sub>2</sub>, posizionato nel vano di carico in posizione accessibile in apposito scanco dell'arredo;
- armadietto di pronto soccorso corredato a norma di legge;
- cassetta degli attrezzi con i comuni utensili per la gestione delle emergenze;
- pneumatici “4 stagioni”.

### **Caratteristiche tecniche degli allestimenti interni e degli arredi:**

Per favorire il lavoro della commissione, in fase di presentazione della documentazione tecnica, le ditte candidate dovranno fornire una proposta, anche abbozzata, di progetto operativo rispetto a quanto previsto e di seguito descritto per il vano di carico.

Furgonatura autoportante, monoblocco, del tipo cellula camperizzata climatizzata, di materiale ignifugo autoestinguente, dotata di coibentazione termica ed acustica delle pareti perimetrali ed interne e quattro piedini di stazionamento (ad azionamento elettrico o pneumatico).

Dimensioni interne della cellula:

- volume:  $\geq 17 \text{ m}^3$
- lunghezza:  $\geq 400 \text{ cm}$



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA****Ufficio Acquisti e Contratti**

- larghezza:  $\geq 180$  cm
- altezza interna:  $\geq 220$  cm

Rivestimento interno in alluminio pre-verniciato, antigraffio, ignifugo, lavabile e disinfettabile, di colore bianco, privo di spigoli ed angoli vivi.

Pavimentazione interna in multistrato marino di spessore  $\geq 19$  mm ricoperto con rivestimento di calpestio antiscivolo, antistatico, ignifugo, lavabile e disinfettabile.

La cellula al termine dell'allestimento deve essere testata per la tenuta con acqua a media pressione al fine di evitare infiltrazioni di acqua durante intemperie e/o lavaggi con i mezzi normalmente a disposizione per la pulizia dei furgoni.

All'interno della cellula dovranno essere presenti:

- il quadro elettrico ed i comandi per azionare il gruppo elettrogeno;
- cappa aspirante con larghezza minima interna di 70 cm (esterna 95cm) e altezza minima pari a 120 cm (cappa con certificazione chimica almeno DIN12924). L'altezza del piano di lavoro, in acciaio inox antigraffio e anticorrosione con bordi perimetrali antidebordanti, deve essere a non meno di 80 cm da terra. La cappa, dotata di filtri ai carboni attivi, dovrebbe preferibilmente scaricare i fumi fuori dal mezzo attraverso una specifica apertura. La cappa si affianca ad una o più aspirazioni localizzate sulle pareti della furgonatura. Sotto il piano della cappa è possibile prevedere la possibilità di uno spazio vuoto per consentire la seduta dell'operatore;
- banchi modulari e piani di lavoro lungo le pareti della furgonatura, con adeguato sistema di guide per poter ancorare la strumentazione, comprensivi, nella parte inferiore, di pannelli ad apertura scorrevole con ripiani interni e/o scaffalature. Sulle varie pareti si dovranno prevedere un numero sufficiente di bocche di aspirazione dei fumi/vapori (almeno 2 per le pareti dove non è presente la cappa) per permettere l'espulsione dei gas di scarico provenienti dalla strumentazione;
- terminali della linea di collegamento dei gas tecnici (aria compressa, azoto) sulla parete laterale;
- le apparecchiature tecnico-scientifiche ed i relativi accessori che devono essere ospitati e ancorati su un adeguato sistema di guide e piattaforme antivibrazione rinforzate ed eventualmente ammortizzate. Uno dei banconi deve essere antivibrante e predisposto per l'alloggiamento di strumentazione analitica (con dimensioni minime per l'alloggiamento di gas cromatografo, con una impronta al suolo pari a circa 60x60cm) e deve inoltre avere la predisposizione per l'installazione di un generatore di idrogeno con annesso serbatoio di servizio, anch'esso provvisto di sistemi ammortizzanti antivibranti.



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA****Ufficio Acquisti e Contratti**

Gli arredi non devono costituire pericolo di spostamenti o aperture durante i trasferimenti del veicolo e non presentare spigoli vivi. Il piano degli arredi deve possedere un rivestimento lavabile e resistente a solventi e soluzioni acide e basiche con bordo arrotondato.

Gli arredi devono inoltre comprendere:

- due sgabelli smontabili e/o pieghevoli collocati quando non in uso in un vano o in gavone esterno;
- un lavabo in acciaio inox ad azionamento elettrico con taniche di adduzione e recupero acque di lavaggio per almeno 20 litri;
- un frigorifero antideflagrante di almeno 40 litri per la conservazione dei campioni;

Ulteriori impianti e caratteristiche tecniche comprendono:

- gavone, posto nella zona anteriore della cellula, accessibile dall'esterno, dove sia possibile riporre 1 bombola di gas tecnico da 14 litri connesse all'impianto dei gas attraverso apposito adattatore (come prima fornitura si richiede un riduttore di pressione per l'azoto);
  - gruppo elettrogeno silenziato, dotato di motore ad inverter, con capacità nominale di potenza continua erogabile uguale o maggiore di 6.000W posto in un alloggiamento realizzato in modo da minimizzare le vibrazioni all'interno della cellula (ad esempio: gavone abbattibile e/o scarrellabile con sponda idraulica o piano mobile con piedini di stazionamento elettrici o rimorchio con gancio di traino omologato). Serbatoio della benzina facilmente accessibile con invito per facilitare il caricamento del carburante;
  - batteria ausiliaria con capacità nominale erogabile uguale o maggiore di 6000W alloggiato in maniera congrua per garantire la sicurezza e l'operatività del personale.
- Impianto elettrico e connettività:
- l'alimentazione elettrica del laboratorio mobile deve essere garantita tramite connessione alla rete elettrica o, in assenza, da batterie ausiliarie e un gruppo elettrogeno a benzina, entrambi con potenza minima di 6000W, con le caratteristiche sopra descritte e predisposto in maniera tale che sia sempre possibile convogliare i gas di scarico all'esterno durante il funzionamento;
  - il gruppo elettrogeno dovrà anche essere facilmente accessibile, con possibilità di avviamento e controllo del livello del carburante dall'interno della furgonatura. La fornitura deve prevedere anche una tanica di metallo per il trasporto dei carburanti con capacità totale di 20 litri e stivabile in uno dei vani con accesso dall'esterno;
  - il gruppo elettrogeno dovrà alimentare il quadro elettrico del mezzo e ricaricare la batteria ausiliaria;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

La batteria ausiliaria deve essere di tipo litio-ferro-fosfato (o con caratteristiche migliorative) di potenza di almeno 6kw con incluso display di controllo e verifica carica e/o anomalie, temperatura di esercizio da -10°C a 55°C, e che possa essere caricata tramite il gruppo elettrogeno o il collegamento elettrico del mezzo, durante le fasi di sosta del mezzo nel parcheggio attrezzato dell'Agenzia.

L'impianto elettrico deve essere realizzato "a regola d'arte"; tutti i materiali e le apparecchiature elettriche utilizzati, e la loro installazione, devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, nonché alle norme CEI.

L'impianto elettrico deve inoltre essere corredato della "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte", ai sensi dell'art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e del D.M. 19 maggio 2010.

Tutti i cablaggi elettrici devono essere inseriti in canaline portacavi in resina autoestinguente; tutti i conduttori elettrici ed i singoli morsetti devono essere marcati per consentirne l'identificazione. La fornitura comprende la realizzazione di un pannello generale di distribuzione dell'alimentazione, provvisto di un condizionatore di tensione di alimentazione in grado di assorbire variazioni all'ingresso di  $\pm 10\%$ , adeguato all'assorbimento elettrico massimo della strumentazione posta a valle ed alimentato dalla presa di rete o, in alternativa, dal gruppo elettrogeno e dalla batteria ausiliaria. Il pannello generale dell'impianto elettrico deve permettere di armare e disarmare tutte le linee di alimentazione selettivamente e con una chiara identificazione della linea su cui si opera.

L'impianto deve altresì essere completo di:

- stabilizzatori di tensione elettronici monofase da almeno 5 KVA;
- interruttore magnetotermico generale e salvavita;
- interruttore magnetotermico sulle diverse linee (luce, prese elettriche, condizionatore, interruttore magnetotermico su linea stabilizzata);
- sistema di riarmo automatico su linea di alimentazione delle apparecchiature tecnico scientifiche e del condizionatore del vano di carico;
- circuito equipotenziale interno di messa a terra;
- disponibilità nel vano di carico di n. 8 prese universali Schuko/bipasso da 220/230V, opportunamente dislocate all'interno del vano di carico rispetto alla dotazione di strumentazione scientifica;
- schermo a parete almeno da 28";



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

- sistema per la gestione in rete locale wi-fi protetta, delle strumentazioni tramite hot-spot funzionante con SIM (non compresa);

-deve essere presente, inoltre, un quadro dove sono raccolti gli indicatori di livello dei fluidi (acqua del livello, acque di scarico) e di azionamento/controllo del gruppo elettrogeno ed un termometro con display per la rilevazione della temperatura interna.

Impianto di illuminazione del vano di carico:

- interruttori a quadro per luce interna;

- una o due plafoniere a led, posizionate lungo l'asse della cabina in modo da rendere la visibilità ottimale, con lampade a led per un totale di almeno 1500 lumen;

- illuminazione sussidiaria di emergenza con plafoniera a 12V;

- luci direzionabili orientabili (minimo 4) poste in corrispondenza dei posti di lavoro sui banconi con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen e consumo massimo 5W;

- n.1 lampada di emergenza, ricaricabile, rimovibile, impermeabile, con autonomia di almeno due ore per poter operare all'esterno del veicolo.

Impianto di condizionamento aria:

- il vano laboratorio deve essere climatizzato con un sistema di condizionamento, installato a tetto o in un gavone, a commutazione automatica inverno-estate, azionabile con telecomando, che garantisca temperatura e umidità nei limiti di esercizio delle attrezzature (cioè massimo 28°C minimo 15 °C) con temperature esterne comprese nell'intervallo: -4°C / +45°C.

- il condizionatore deve avere un consumo massimo di 1500W e prevedere un sistema efficace per la movimentazione dell'aria.

Impianto per gas tecnici:

- il veicolo dovrà prevedere un vano di stoccaggio per 1 bombola di gas (azoto o una riserva di altro gas) da 14 litri: la bombola sarà connessa alle apparecchiature con adeguati manometri e idonei riduttori (quello per l'azoto deve essere incluso nella prima fornitura). La bombola è esclusa dalla fornitura e sarà resa disponibile dall'Agenzia. In fase di collaudo dovrà essere possibile collegare la bombola all'impianto dei gas. Oltre alla bombola dovrà essere fornito e collegato un piccolo compressore a secco elettrico in grado di erogare aria ad una pressione di 8 bar di purezza cromatografica unito ad un serbatoio da circa 20 litri e collegabile alla strumentazione prevista all'interno come già descritto.



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA****Ufficio Acquisti e Contratti**

- il vano contenente la bombola dovrà essere accessibile esclusivamente dall'esterno e dotato di grate (in alto e in basso) per permettere una rapida dispersione nell'aria dei gas in caso di perdite accidentali.

Ulteriori dotazioni:

il laboratorio mobile deve comprendere:

- sistema di rilevazione idrogeno, fumo, gas ATEX con allarme luminoso e sonoro (+ taratura sensori dopo 12 mesi dalla consegna e successiva a 24 mesi dalla consegna);

- sistema di accesso con scaletta non sdruciolevole, a scomparsa, dalla porta di ingresso della fiancata, munita di apposito alloggiamento sottopianale (sistema necessario solo se l'altezza della soglia della cellula è maggiore di 30 cm) e di corrimano (su entrambi i lati);

- quattro piedi di stazionamento supplementari, zincati, ad apertura/chiusura comandata, fissati alla struttura del veicolo, idonei per la stabilizzazione del veicolo medesimo nei casi ritenuti necessari;

- avvolgicavo e cavo elettrico per collegamento a rete da posizionare nei gavoni di carico o all'interno dell'arredo.

### **Caratteristiche delle apparecchiature tecnico-scientifiche (per ogni mezzo)**

#### **GENERATORE DI IDROGENO**

- generazione dell'idrogeno per via elettrolitica da acqua demineralizzata attraverso cella PEM;

- serbatoio di acqua demineralizzata con capacità non inferiore a 2 litri;

- portata massima uguale o maggiore di 350 ml/min;

- pressione regolabile tra 1 e 8 bar;

- purezza del gas uguale o migliore del 99,9995%;

- peso massimo 20 Kg;

- possibilità di controllo e gestione remota via pc;

- sensori atmosfera ATEX in particolare per presenza idrogeno entro i limiti di infiammabilità (+taratura sensori a 12 mesi dalla consegna).

#### **SPETTROMETRO FT-IR COMPLETO DI INTERFACCIA PER ANALISI IN RIFLETTANZA TOTALE ATTENUATA ATR:**

Lo strumento, dotato di tutti gli accessori necessari per un suo utilizzo direttamente sugli automezzi in uso all'Agenzia, dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Sistema ottico:

- spettrometro con range spettrale minimo MIR 7800÷350 cm<sup>-1</sup>;
- risoluzione spettrale selezionabile da 16 cm<sup>-1</sup> ad un valore di almeno 0.4 cm<sup>-1</sup>
- precisione sul numero d'onda < 0,01 cm<sup>-1</sup> o migliore per MIR;
- rapporto S/N per 34000:1 o migliore (picco-picco, 1 minuto di scansione a ~2200 cm<sup>-1</sup> contro background, risoluzione 4 cm<sup>-1</sup>);
- possibilità di montare alternativamente una finestra in materiale specifico per la resistenza all'umidità (es: K<sub>2</sub>S-5, ecc.) o di una finestra in KBr, entrambe fornite dalla ditta aggiudicatrice;
- ottiche montate in modo cinematico che non richiedono operazioni di allineamento manuali, con possibilità di sistema di blocco azionabile esternamente senza necessità di apertura dello strumento;
- specchi ad alta riflessività, design fuori asse a basso angolo;
- una sorgente ceramica con sistema di stabilizzazione hot-spot e sostituibile dall'utente;
- beamsplitter per MIR in KBr rivestito in Ge;
- interferometro rotazionale tipo Michelson con autocompensazione dei disallineamenti dinamici di inclinazione e taglio;
- rivelatore termico DTGS (deuterated triglycine sulphate) o DLATGS (deuterated lanthanum  $\alpha$  alanine doped triglycine sulphate);
- gruppo ottico (costituito da sorgente, specchi, interferometro e rivelatori) sigillato ed essiccato o altra soluzione che consenta l'impiego dello strumento in ambienti mobili e a rischio umidità;
- tutte le commutazioni delle sorgenti, divisore di fascio, raggio di uscita e rivelatore devono essere eseguite sotto controllo motorizzato con ottimizzazione automatica senza nessun riallineamento manuale;
- sistema di essiccazione con cartucce rigenerabile o sistema automatico di deumidificazione, senza ausilio di gas di spurgo;

Accessorio ATR:

- Accessorio tipo ATR (Attenued Total Reflection) con cristallo in diamante o diamante/ZnSe a singola riflessione e braccio con sensore di pressione per la lettura digitale. L'accessorio per la riflessione totale attenuata dovrà consentire di registrare lo spettro FT-IR direttamente su solidi, film liquidi e polveri;

- campo spettrale almeno di 8300 – 500 cm<sup>-1</sup>;

- riconoscimento automatico dell'accessorio non appena inserito nel vano campione, ottiche automaticamente ottimizzate senza regolazioni di allineamenti manuali;

PC e Software:

- software, veicolato in ambiente Windows, capace di controllare ogni parametro operativo (range, risoluzione, numero di scansioni, nome del file) direttamente dalla schermata principale. Il software deve permettere di monitorare in continuo il background, l'impostazione differenziata del numero di scansioni di campione e del background, la ricerca su librerie o su specifiche cartelle di spettri, la sottrazione manuale o automatica di spettri, lo smoothing manuale o automatico, la derivata (fino alla n-esima) con differenti algoritmi, le operazioni matematiche sugli spettri, la ricerca dei picchi con regolazione della soglia di riconoscimento, l'annotazione degli stessi, il calcolo automatico di rapporto segnale/rumore, la correzione automatica o manuale della linea di base, le correzioni ATR, relazione di Kramers-Kronig; Kubelka-Munk;

- librerie già presenti e aggiornabili di spettri FT-IR in ATR per analisi di stupefacenti e nuove sostanze psicoattive, prodotti dopanti, steroidi, polimeri;

- possibilità di creare librerie locali;

- possibilità di alimentare in autonomia il database fornito;

- possibilità di effettuare misure qualitative e quantitative con curva di calibrazione con almeno 5 punti;

- funzione di stampa rapida per grafici, spettri e finestre dei risultati, report di stampa personalizzati dall'utente;

- possibilità di installare il software su PC diversi da quello fornito

- Notebook con schermo da 15" in grado di supportare il software di gestione generale avente sistema operativo Windows 10 o superiore, 64 bit, completo di licenza d'uso illimitata di Microsoft Office, HD interno a stato solido (SSD), almeno 16GB di RAM, e processore almeno di decima generazione; sul notebook dovranno essere presenti già installati tutti i software previsti;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

- connessione al Notebook tramite rete LAN/Ethernet e almeno n.2 porte USB 3.0 e/o porta USB tipo C, opzionalmente tramite Bluetooth, possibilità di connessione tramite rete wi-fi;
- stampante laser a colori.

### **BILANCIA ANALITICA A 3 CIFRE:**

La bilancia, dotata di tutti gli accessori necessari per un suo utilizzo direttamente sugli automezzi in uso all'Agenzia, comprensiva di base portatile e ancorabile al bancone per garantire la massima stabilità, dovrà avere con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- digit di risoluzione 0,001 g;
- portata 200/220 g;
- piatto di pesata antivibrazione;
- pesata minima: 0,1 g;
- ripetibilità a mezzo carico: minore uguale  $\pm 0.001g$
- linearità:  $\pm 0.002 g$
- stampante elettronica dedicata;
- pesiera certificata accompagnata da certificato di taratura con almeno 3 pesi compresi nel range di pesata ( ad esempio da 100mg, 10g, 150g);
- porta Ethernet o USB con possibilità di connessione al PC;
- sistema rompivento;
- dispositivo (anche esterno) per l'abbattimento delle cariche elettrostatiche.

### **BILANCIA TECNICA:**

La bilancia, dotata di tutti gli accessori necessari per un suo utilizzo direttamente sugli automezzi in uso all'Agenzia, comprensiva di base portatile e ancorabile al bancone per garantire la massima stabilità, dovrà avere con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- portata minima 4,0 kg
- digit di risoluzione 0,01 g;

- rompivento;
- dimensione del piatto di pesata uguale o superiore a 150 x 150 mm;
- dati ripetibilità (0,01 g) e linearità (0,02 g);
- interfaccia USB e/o RS232 per collegamento/trasferimento dati PC;
- rilevatore di stabilità della pesata;
- protezione contro i sovraccarichi;
- dotazione di bolla di livello regolabile;
- calibrazione interna.

## **2 - Garanzia**

La garanzia decorre dalla data di collaudo e verifica della conformità di ogni veicolo.

Per manutenzione full-risk si intende ogni attività volta alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione e alla risoluzione dei guasti e alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate ed essa comprende:

- a) manutenzione preventiva, eventuale taratura/calibrazione e visite periodiche;
- b) manutenzione correttiva;
- c) fornitura e sostituzione di parti di ricambio;
- d) fornitura e sostituzione di materiali soggetti ad usura.
- e) eventuali spese di spedizione presso i centri di assistenza indicati dall'Aggiudicatario per effettuare gli interventi di manutenzione

Sono esclusi gli interventi per guasti dovuti a manomissione volontaria delle apparecchiature, dolo, eventi catastrofici o incidenti impiantistici non riconducibili all'aggiudicatario, atti vandalici, imperizia.

S'intendono inclusi nella fornitura i consumabili ed i materiali di riferimento per eventuali servizi di taratura/calibrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono inclusi inoltre:



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

- tutti gli interventi di manutenzione previsti sul veicolo in base a quanto previsto dal costruttore inclusi i “tagliandi”;
- manutenzione sull’allestimento del veicolo e sugli impianti tecnologici di servizio e sicurezza.

Durante il periodo di garanzia, per ogni intervento, tutti i costi di trasferta, di manodopera, delle parti di ricambio e dei consumabili per la corretta messa in opera della strumentazione nonché le spese di spedizione devono essere ritenuti inclusi nell’offerta iniziale e qui esplicitati.

La strumentazione che dovesse presentare nel periodo di garanzia malfunzionamenti non risolvibili tramite interventi di manutenzione sarà sostituita senza ulteriori oneri per l’Agenzia.

### **3 - Training**

L’aggiudicatario dovrà provvedere a erogare un training post installazione/collaudo sulla gestione dei sistemi forniti (impianti e strumentazione scientifica) rivolto al personale dell’Agenzia destinatario dei mezzi. Il training, che deve permettere una completa familiarizzazione con le dotazioni fornite, sarà svolto in ciascuna sede di destinazione, previo calendario concordato con l’Agenzia, e avrà una durata non inferiore a tre giorni.

oooooooooooooooo

#### **✓ Soggetti ammessi:**

Saranno invitati a presentare offerta tecnico-economica i soggetti di cui all’art. 65, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 che avranno presentato, nell’ambito della prima fase di prequalificazione, **istanza di manifestazione di interesse alla procedura entro il termine e con le modalità previsti dal presente avviso** e che, al momento di pubblicazione del presente avviso:

- Abbiamo almeno **una sede operativa sul territorio dell’Unione Europea**;
- siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 98, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 100, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). L’operatore economico è tenuto ad

---

<sup>(1)</sup>Il fornitore dovrà disporre di almeno una struttura logistica di assistenza tecnica stabilita sul territorio dell’Unione europea. Una struttura logistica si considera efficace ai fini dell’assistenza tecnica, se tale struttura è dotata di un magazzino di parti di ricambio con almeno due dipendenti con qualifica tecnica, con ottima conoscenza della lingua italiana, assunti a tempo indeterminato con sede di lavoro presso la struttura, specificamente formati alla manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura. Il magazzino dovrà contenere un adeguato quantitativo di tutte le parti di ricambio necessarie per garantire le riparazioni nei tempi previsti (ed indicati nel prosieguo) pertanto l’aggiudicatario dovrà possedere un network logistico avanzato e capillare in grado di garantire l’approvvigionamento in tempi brevissimi dei ricambi su tutto il territorio nazionale incluso le isole maggiori così da garantire il rispetto delle tempistiche di intervento concordate.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

**Ufficio Acquisti e Contratti**

inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

✓ **Requisiti di partecipazione:**

## **REQUISITI GENERALI**

- possesso dei requisiti di ordine generale: gli operatori economici interessati non devono quindi trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 36/2023 tra cui quelle ex artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

## **REQUISITI DI IDONEITÀ**

- iscrizione, per attività inerenti alla fornitura oggetto di gara, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3, D. Lgs. 36/2023;

## **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato globale<sup>2</sup> maturato nel triennio precedente almeno pari € 2.049.000 (duemilioni quarantanovemila/00) IVA esclusa;

Il requisito del fatturato minimo è motivato dalla necessità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico - finanziaria proporzionata al valore presunto del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno da assumere per la realizzazione dell'intera fornitura. La più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici sarà comunque garantita dalla possibilità di costituire Raggruppamenti temporanei d'impresa e/o Consorzi, in fase di pre-qualifica.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023. Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 69 del D. Lgs. 36/2023.

---

<sup>(2)</sup> La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il concorrente deve aver eseguito<sup>3</sup> nell'ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente avviso) forniture analoghe, per importi non inferiori all'importo di € 2.049.000 oltre IVA.

✓ **Modalità di presentazione manifestazione di interesse e della documentazione richiesta:**

Tutti i documenti relativi alla presente fase di prequalifica della procedura dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema in modalità ASP (sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – numero gara 4242463) previa registrazione allo stesso.

Nel solo caso di indisponibilità del Sistema, le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante: [dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it](mailto:dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it)

**La manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 17/05/2024 indicato sul medesimo portale, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle domande sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La manifestazione di interesse dovrà riportare tutti i dati identificativi dell'operatore economico, essere - con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La suddetta manifestazione di interesse dovrà, inoltre, essere redatta sul modulo allegato al presente avviso (Allegato A) contenente un'autodichiarazione<sup>4</sup> in cui si attesta che, alla data di pubblicazione del presente avviso, l'operatore disponga tutti i requisiti sopra indicati e si impegna a fornire prodotti di qualità che soddisfino i requisiti minimi sopracitati e siano in linea con la normativa di riferimento citata nel presente documento.

---

<sup>3</sup>La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse..

<sup>4</sup> in caso di RTI, Consorzi etc l'autodichiarazione deve essere resa da tutte le imprese che ne fanno parte.

L'operatore economico dovrà presentare, durante la fase di prequalifica, i seguenti documenti:

- manifestazione d'interesse (Allegato A);
- documento di gara unico europeo (DGUE);
- Patto di integrità;
- Clausola di pantouflage;
- Dichiarazione assenza conflitti d'interesse;
- Documento riportante la tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della L. n.136/2010;
- Informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori;

e ove necessario:

- documentazione relativa all'avvalimento;
- documentazione in caso di subappalto;
- documentazione e dichiarazioni ulteriori per gli operatori riuniti;
- dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione
- procura.

✓ **Modalità di espletamento della successiva procedura:**

Gli Operatori Economici selezionati saranno poi invitati a partecipare alla successiva procedura che continuerà ad essere gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma Consip in ASP (sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

✓ **Modalità di aggiudicazione:**

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

✓ **Responsabile unico del progetto**

Ai dell'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Responsabile unico del progetto (RUP)" il Responsabile Unico del progetto è il Dott. Alessandro Proposito ([alessandro.proposito@adm.gov.it](mailto:alessandro.proposito@adm.gov.it)).

\*\*\*\*\*



AGENZIA

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA****Ufficio Acquisti e Contratti**

Il presente avviso rimane consultabile sul sito internet dell'Agenzia [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) - sezione amministrazione - trasparente al link <https://www.adm.gov.it/portale/settori-ordinari>

Il presente avviso in linea con la recente normativa emanata dall'ANAC sarà inviato per la pubblicazione anche sul sito della Gazzetta Ufficiale della comunità Europea.

Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge, si prega gli operatori di voler segnalare, qualora ce ne sia necessità le parti coperte da riservatezza.

Resta inteso che detto Avviso costituisce una preliminare indagine di mercato e ha la finalità di reperire la disponibilità degli Operatori economici presenti sul mercato disponibili ad essere invitati a partecipare alla eventuale procedura di gara che sarà realizzata.

IL RUP  
Alessandro Proposito  
*firmato digitalmente*