



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

CHIARIMENTI AVVISO PUBBLICO PROT. N. 238998/RU del 23/04/2024 - INDIZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.PA) DI CONSIP S.P.A. PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO IR ACCOPPIATO A MICROSCOPIO IR CON KIT ATR E ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Quesito n°1

Si chiede di precisare relativamente al punto 5.2 (“Caratteristiche tecniche del Microscopio FT-IR”) se i detector elencati – “*Detector T25L o MCT*” e “*Secondo detector DLATGS o DTGS*” – siano alternativi l’uno all’altro.

Risposta

Si precisa che lo strumento dovrà essere dotato di due detector come di seguito illustrato:

- Primo detector da indicare in alternativa tra MCT e T2SL*;
- Secondo detector da indicare in alternativa tra DLATGS e DTGS.

*Si coglie l’occasione per segnalare un refuso di digitazione in riferimento alla denominazione del primo detector: la denominazione corretta è T2SL e non T25L.