



Prot. n. 2976 /RI/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre – Affidamento a consuntivo dell'intervento urgente per riparazione guasto "Impianto aria compressa" della Struttura Laboratori e Servizi Chimici – sede di Cagliari. Procedura di affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016. ditta **AIR LIQUIDE Italia Service s.r.l.** (PIVA 03270040961). **CIG ZCF1FB7DE6**

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la Determinazione Direttoriale 23 dicembre 2010, n. 36644/RI con la quale è stata attivata la Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria;

Visto il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

Visto il "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione n. 256 del 1 dicembre 2014;

Visto il D.L. n.95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 502 legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) modificativo dell'art. 1 comma 450 l. 296/2006, per l'acquisto di beni e servizi il cui valore ricada sotto la soglia di euro 1.000,00 non sussistono i predetti obblighi di approvvigionamento tramite centrali uniche di committenza o acquisto;

Vista la nota prot. 2597/RI del 31 luglio 2017, con la quale il Laboratorio chimico di Cagliari ha richiesto l'urgente affidamento per l'intervento di manutenzione dell'impianto ad aria compressa;

Considerato che con la stessa nota il Laboratorio ha trasmesso il preventivo della società Air Liquide Italia Service S.r.l, che interpellata in quanto società installatrice dell'impianto ha riscontrato la necessità di sostituire n. 1 PDG-B tipo 50-10-4 per il seg. Gas (Aria) per instabilità di pressione;

Visto il preventivo di spesa della Società Air Liquide Italia Service s.r.l. n. ITIH 204.17 GB/MV, del 25 luglio 2017, ritenuto congruo dal Laboratorio, per un importo totale di € 525,00 (IVA esclusa);

Preso atto che l'intervento è stato richiesto ed eseguito prontamente per garantire al Laboratorio di Cagliari la sicurezza e il regolare funzionamento con la ditta Air Liquide Italia Service s.r.l., e che è stata trasmessa la documentazione attestante i lavori eseguiti (rapporto di intervento tecnico) e l'attestazione, da parte dell'Ufficio, della corretta esecuzione dei lavori per poter consentire il seguito di competenza;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- sul mercato elettronico della p.a. – Portale Acquistinrete – i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

Atteso che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. L.vo 50/2016 ss.mm.ii., mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione;

Preso atto che il Codice Identificativo Gara è ZCF1FB7DE6 e che il Codice del servizio da acquisire è 'C02.0004.0003 "Spese manutenzione ordinaria impianti laboratori chimici" e il conto budget è il FD03150010;

Visto il Durc On Line, prot. INAIL\_8031331 con scadenza 22 ottobre 2017, con il quale si dichiara la regolarità INPS e INAIL della società;

Tutto ciò premesso

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- di procedere all'affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 2016, con la ditta Air Liquide Italia Service s.r.l., con sede legale in Via Calabria, 341 – 20158 MILANO – P.I. 03270040961;
- di liquidare alla ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. – P.I. 03270040961 - per l'intervento urgente per riparazione guasto "Impianto aria compressa" presso il Laboratorio di Cagliari come in tabella

TOTALE	IMPONIBILE	IVA
€ 640,5	525,00	115,5

- di impegnare la spesa di € 640,50 IVA inclusa sul conto FD 03.15.0010 Attrezzature Tecniche per Laboratori Chimici gestito dalla Struttura Laboratori e Servizi Chimici;
- il Distretto – Servizio acquisti e contratti - procederà all'espletamento degli atti necessari per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.

Cagliari, 15 settembre 2017

*Il Direttore Interregionale*  
Dott. Giuseppe Napoleoni<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93